

機械器具 (21) 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

「ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J」の構成品
脳波モジュール AE-910P


禁忌・禁止

接続する機器の添付文書を参照してください。

形状・構造および原理等

本装置は、入力箱(JA)に挿入して、使用する脳波モジュールです。主に、ICU、救急、OP室等において脳機能をモニタリングするために使用されます。

脳波の検出、増幅および解析を行い、モニタ本体で波形および解析結果の表示を行います。

**適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	承認番号
ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000
ベッドサイドステーション BSS-9800 ライフスコープ S	20900BZZ00517000

構成

名称・型名	個数
本体 AE-900P	1
付属品	一式

使用目的、効能または効果**使用目的**

接続する機器の添付文書を参照してください。

品目仕様等

接続する機器の添付文書を参照してください。

操作方法または使用方法等

接続する機器の添付文書を参照してください。

使用上の注意

接続する機器の添付文書を参照してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

接続する機器の添付文書を参照してください。

保守・点検に係る事項

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。詳細は、接続する機器の添付文書を参照してください。

包装

1台単位で梱包

AE-910Pの取扱説明書を必ずご参照ください。

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎(03) 5996-8000(代表) Fax (03) 5996-8091

製造業者 **日本光電富岡株式会社**

0654-004766